



證書編號：L3187-151223

財團法人全國認證基金會  
Taiwan Accreditation Foundation

# 認 證 證 書

茲證明

凌華科技股份有限公司

凌華環境可靠度實驗室

新北市中和區建一路 166 號 9 樓

為本會認證之實驗室

認 證 依 據：ISO/IEC 17025：2005

認 證 編 號：3187

初次認證日期：一百零四年十二月二十三日

認證有效期間：一百零四年十二月二十三日  
至一百零七年十二月二十二日止

認 證 範 圍：測試領域，如續頁

董事長

陳 介 山

中華民國一百零四年十二月二十三日



證書編號：L3187-151223

財團法人全國認證基金會  
Taiwan Accreditation Foundation

E003 落下測試

IEC 60068-2-31 (free fall repeated 除外)

落下測試高度範圍為 300 mm 至 1300 mm

最大負重: 60 kg

報告簽署人: 丁永祥, 傅千珊, 陳技旺

測試場地: 新北市中和區建一路 162 號 B1 (N17)

E003 振動測試

IEC 60068-2-6

IEC 60068-2-64

IEC 61373

頻率範圍為

50 Hz 至 2 kHz

加速度 50 (m/s<sup>2</sup>)

報告簽署人: 丁永祥, 傅千珊, 陳技旺

測試場地: 新北市中和區建一路 162 號 B1 (N17)

(以下空白)



證書編號：L3187-151223

財團法人全國認證基金會  
Taiwan Accreditation Foundation

認證編號：3187

實驗室主管：陳技旺

19.99 電子與電機

電子與電機及  
通訊與資訊產品

E003 低溫

IEC 60068-2-1

溫度: -55 °C to -5 °C

報告簽署人: 丁永祥, 傅千珊, 陳技旺

測試場地: 23553 新北市中和區建一路 176 號 2 樓

E003 高溫

IEC 60068-2-2

溫度: 30 °C to 100 °C

報告簽署人: 丁永祥, 傅千珊, 陳技旺

測試場地: 23553 新北市中和區建一路 176 號 2 樓

E003 衝擊測試

IEC 60068-2-27(saw-tooth 除外)

IEC 61373

衝擊測試: 20 g 至 200 g

衝擊時域: 3ms to 11ms

報告簽署人: 丁永祥, 傅千珊, 陳技旺

測試場地: 新北市中和區建一路 162 號 B1 (N17)

E003 溼度循環測試

IEC 60068-2-30

IEC 60068-2-78

溫度: 25 °C to 60 °C

濕度: 30 to 95 % R.H.

報告簽署人: 丁永祥, 傅千珊, 陳技旺

測試場地: 23553 新北市中和區建一路 176 號 2 樓